



RECTORAT

Nr. 24368/01.09.2017

CLARIFICARI

LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIONAREA
DE STICLARIE DE LABORATOR
ANUNT DE PUBLICITATE NR. 117603/30.08.2017

Referitor la anuntul de publicitate nr. 1176039/30.08.2017, pentru achizitia de sticlari de laborator, cod CPV 33793000-5, 19510000-4, 15994200-4, s-au primit urmatoarele solicitari de clarificari:

„- balon cu fund plat cu slif termorezistent fara dop 100 ml

Care este dimensiunea slifului?

- - balon cu fund plat cu slif termorezistent fara dop 250 ml

Care este dimensiunea slifului?

- - balon cu fund plat cu slif termorezistent fara dop 500 ml

Care este dimensiunea slifului?”

Raspuns:

Autoritatea contractanta aduce urmatoarele clarificari:

- balon cu fund plat cu slif termorezistent fara dop 100 ml = 19/26

- balon cu fund plat cu slif termorezistent fara dop 250 ml = 24/29

- balon cu fund plat cu slif termorezistent fara dop 500 ml = 29/32.

Presedinte comisie de evaluare,

Mihaela Gabriela Stoica