



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE  
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI



RECTORAT



CLARIFICARI

LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIONAREA  
DE STICLARIE DE LABORATOR  
ANUNT DE PUBLICITATE NR. 117603/30.08.2017

Referitor la anuntul de publicitate nr. 1176039/30.08.2017, pentru achizitia de sticlărie de laborator, cod CPV 33793000-5, 19510000-4, 15994200-4, s-au primit următoarele solicitări de clarificări:

„- Clește lemn eprubete”

Ce tip de eprubete vor fi utilizate (diametru)?

- „ Mojar nesmaltuit cu pistil diametru 100 mm”

Care este capacitatea dorită pentru mojarle menționate?

- Mojar nesmaltuit cu pistil diametru 150 mm”

Care este capacitatea dorită pentru mojarle menționate?”

**Raspuns:**

**Autoritatea contractanta aduce urmatoarele clarificari:**

- Clește lemn eprubete pentru eprubete 160/16

- Mojar nesmaltuit cu pistil diametru 100 mm – capacitatea mojarilor 110 ml/200 ml

- Mojar nesmaltuit cu pistil diametru 150 mm – capacitatea mojarilor 700 ml / 1000 ml

Presedinte comisie de evaluare,

Mihaela Gabriela Stoica