




UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI



RECTORAT



CLARIFICARI

**LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIONAREA
DE STICLARIE DE LABORATOR
ANUNT DE PUBLICITATE NR. 117603/30.08.2017**

Referitor la anuntul de publicitate nr. 1176039/30.08.2017, pentru achizitia de sticlărie de laborator, cod CPV 33793000-5, 19510000-4, 15994200-4, s-au primit următoarele solicitări de clarificări:

- „La secțiunea 14. Alte informații s-a solicitat să se respecte formularul de ofertă dar nu este atașat niciun formular.”
- „Pentru pozițiile 7-10 la baloanele cotate au fost solicitate diverse volume însă cu același slif. Sliful se modifică odată cu creșterea volumului. Va rugăm să ne confirmați că se acceptă slifurile corespunzătoare pentru fiecare poziție sau să ne menționați ce alte slifuri se acceptă”
- „La poziția 88, Eprubetele de sticlă pentru acel diametru au 100 mm. Va rugăm să ne confirmați că se acceptă dimensiunea 100x10 mm
- „Pentru poziția 5 Balon cotat 250 ml . Sliful de 19/26 este specifică baloanelor din plastic pentru acest volum. Se poate oferta balon de 250 ml cu alt slif (14/23 așa cum au majoritatea producătorilor) sau se dorește Balon clasa A din plastic cu slif de 19/26 ?”
- „Pentru poziția 99 – perii spalare eprubete va rugăm să reeditați solicitările pentru a fi foarte clar înțeles. Se doresc perii pentru eprubete de 2 cm sau peria să aibă 2 cm ; aceiași neclaritate și la dimensiunea 270x 70 mm (de altfel nu prea se poate o folosi o perie cu diametru de 70 mm pentru un tub de 20 mm). Ca urmare va rugăm să ne transmiteți aceste specificații într-un mod clar”
- „Pentru poziția 105 și 106 va rugăm să ne oferiți mai multe caracteristici pentru produsul solicitat – borcan pt piese anatomo-patologice , ca de exemplu : material , dacă au filet/slif, eventual poate aveți un model de produs sau o poză”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910

Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1

+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722

www.umfcaroldavila.ro



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"CAROL DAVILA" din BUCUREȘTI



Raspuns:

Autoritatea contractanta aduce urmatoarele clarificari:

- „La sectiunea 14. Alte informatii s a solicitat a se respecta formularul de oferta dar nu este atasat niciun formular.”

- Se ataseaza model formular oferta financiara

- „Pentru pozitiile 7-10 la baloanele cotate au fost solicitate diverse volume insa cu acelasi slif. Sliful se modifica odata cu cresterea volumului. Va rugam sa ne confirmati ca se accepta slifurile corespunzatoare pentru fiecare pozitie sau sa ne mentionati ce alte slifuri se accepta”

- pozitia 7 Balon cotat, clasa A, 10 ml cu dop din plastic – slif 10/19

- pozitia 8 Balon cotat, clasa A, 50 ml cu dop din plastic – slif 12/21

- pozitia 9 Balon cotat, clasa A, 100 ml cu dop din plastic – slif 14/23

- pozitia 10 Balon cotat, clasa A, 250 ml cu dop din plastic – slif 14/23

- La pozitia 88, Eprubetele de sticla pentru acel diametru au 100 mm. Va rugam sa ne confirmati ca se accepta dimensiunea 100x10 mm

- pozitia 88 Eprubeta sticla, 100 x 10 / fund rotund, grosime pereti 0.6 - 0.8 mm

- „Pentru pozitia 5 Balon cotat 250 ml . Sliful de 19/26 este specifica baloanelor din plastic pentru acest volum. Se poate oferta balon de 250 ml cu alt slif (14/23 asa cum au majoritatea producatorilor) sau se doreste Balon clasa A din plastic cu slif de 19/26 ?”

- pozitia 5 Balon cotat din sticla 250 ml . Sliful de 19/26

- Pentru pozitia 99 – perii spalare eprubete va rugam sa reeditati solicitarile pentru a fi foarte clar inteles. Se doresc perii pentru eprubete de 2 cm sau peria sa aibe 2 cm ; aceiasi neclaritate si la dimensiunea 270x 70 mm (de altfel nu prea se poate o folosi o perie cu diametru de 70 mm pentru un tub de 20 mm). Ca urmare va rugam sa ne transmiteti aceste specificatii intr-un mod clar”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910

Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1

+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722

www.umfcaroldavila.ro



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI



- pozitia 99 Perii spalare eprubete Φ 2 cm, cu varf de bumbac 270x70 : diametrul partii active – pana in 20 mm; lungimea partii active – pana in 70 mm; lungimea totala a periei – pana in 270 mm. Varful periei trebuie sa fie din bumbac.

-“Pentru pozitia 105 si 106 va rugam sa ne oferiti mai multe caracteristici pentru produsul solicitat – borcan pt piese anatomo-patologice , ca de exemplu : material , daca au filet/slif, eventual poate aveti un model de produs sau o poza”

- Pentru pozitiile 105 si 106 : material – sticla, cu capac, model aproximativ ca in imagine sau cu filet



Presedinte comisie de evaluare,
Mihaela Gabriela Stoica

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro